

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 19C098/0666

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท ไอ โนว์ แคล จำกัด
 ที่อยู่ เลขที่ 2/13 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
 หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0348
 สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
กลศาสตร์	Push-pull gauge Tension mode 10 N to 100 N > 100 N to 1 000 N Compression mode 10 N to 100 N > 100 N to 1 000 N Torque meter 3 N·m to 10 N·m	 0.17 % 0.098 % 0.24 % 0.055 % 0.59 %	In-house method : CP-LB-05 based on ISO 7500 - 1 : 2015 DAKKS-DKD-R 3 - 8 : 2010

28

* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %